

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa đang triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa kính mời Quý nhà cung cấp có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá các mặt hàng với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 16 Hồng Bàng, Phường Tân Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Bùi Thị Hồng Vân; Số điện thoại: 0775573860; địa chỉ email: tthhtmkhvn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức báo giá: báo giá theo mẫu Phụ lục I đính kèm.
- Bản cứng (đã đóng dấu) nhận trực tiếp tại địa chỉ: Điểm tiếp nhận máu tập trung thuộc Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa, số 16 Hồng Bàng, Phường Tân Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Bản mềm (file mềm và bản scan) gửi vào email: tthhtmkhvn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 05/6/2025 đến trước 17h00 ngày 16/6/2025
- Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16/6/2025.

6. Nội dung yêu cầu của báo giá: Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm.

7. Địa điểm giao hàng: Điểm tiếp nhận máu tập trung thuộc Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa: số 16 Hồng Bàng, Phường Tân Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

8. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong năm 2025

9. Các thông tin khác:

- Số lượng chào cho mỗi hạng mục phải đáp ứng số lượng yêu cầu đã nêu trong thư mời chào giá này; nếu không bản chào giá sẽ được coi là không đáp ứng cơ bản.

- Bản chào giá phải kèm theo đầy đủ các thông tin cần thiết cũng như các thông tin về dịch vụ hậu mãi nếu có.

- Giá cả: Các nhà cung cấp sẽ chào giá tới nơi giao hàng (có nghĩa là đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, các loại thuế phải trả nếu được trao hợp đồng).

- Đồng tiền: Giá chào hàng (bao gồm đơn giá và tổng giá) phải được chào bằng Việt Nam đồng (VNĐ).

10. Quý nhà cung cấp cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 16 Hồng Bàng, Phường Tân Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0775573860 (CN. Vân), 0987900587 (CN. Dũng)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tổ CGĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Duy Long

PHỤ LỤC I
MẪU CHÀO GIÁ**BẢNG BÁO GIÁ****Kính gửi: Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa**

Trên cơ sở Thư mời chào giá số /TM-HHTM ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá cho các hàng hóa chi tiết như sau:

1. Báo giá cho các sản phẩm hàng hóa:

ST T	STT TM CG	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Mã hàng g	Tên thương mại (Tên, model)	Thô ng số kỹ thuật	Nướ c sản xuất	Hãn g sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá	Số lượn g	Thà nh tiền

2. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Bảng báo giá này có hiệu lực ngày, kể từ ngày tháng 6 năm 2025 [Ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 của Thư mời chào giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong bảng báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC II
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn hàng hóa	Ghi chú
1	Tủ trữ máu	01	Cái	I. Yêu cầu chung - Chung loại cung cấp: Tủ bảo quản máu và chế phẩm máu. - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Thiết bị mới: 100% - Là thiết bị bảo quản máu chuyên dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương gửi kèm theo hồ sơ dự thầu. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 - 40°C. + Độ ẩm: 30 - 85% (không ngưng tụ) - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ gồm tiếng Anh và tiếng Việt II. Về đặc tính, thông số kỹ thuật 1. Thông số kỹ thuật - Nhiệt độ hoạt động tủ: 2 – 6°C - Có hệ thống cài đặt nhiệt độ và cảnh báo nhiệt độ. - Điện áp hoạt động: 220V/50Hz. - Thể tích của tủ: 700 lít đến 1000 lít. - Màn hình hiển thị: Màn hình hiển thị LCD hoặc LED giúp cài đặt, giám sát nhiệt độ và theo dõi nhật ký hoạt động của tủ. 2. Yêu cầu khác	



				- Thiết bị được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao tại nơi sử dụng. - Cung cấp đầy đủ các giấy tờ như chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ xuất xứ, tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu và các giấy tờ liên quan khác. - Có đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. - Có kỹ sư hướng dẫn sử dụng tủ sau lắp đặt. 3. Yêu cầu về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, thực hiện - Bảo hành: Bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền với thời gian bảo hành từ 12 tháng trở lên. - Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng - Thời gian lắp đặt: Cùng ngày với ngày giao hàng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế sau khi bàn giao lắp đặt: Tối thiểu 5 năm sử dụng thiết bị	
2	Tủ an toàn sinh học	01	Cái	I. Yêu cầu chung - Chung loại cung cấp: Tủ an toàn sinh học cấp II - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Thiết bị mới: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương gửi kèm theo hồ sơ dự thầu. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 - 40°C. + Độ ẩm: 30 - 85% (không ngưng tụ) - Điện áp hoạt động: 220V/50Hz. - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ gồm tiếng Anh và tiếng Việt.	

			- Hệ thống tủ chính và phụ kiện: 01 tủ chính và đủ phụ kiện kèm theo (cáp kết nối, dây nguồn...) II. Thông số kỹ thuật, yêu cầu khác 1. Thông số kỹ thuật - Được làm từ chất liệu không gỉ - Màn hình LED hoặc LCD cảm ứng, hiển thị các thông số như vận tốc thông khí, thời gian, UV... có hướng dẫn thao tác trên màn hình . - Dòng khí: Khí hoàn lưu và khí thoát ra có thể điều chỉnh được - Tốc độ khí trung bình: $\geq 0,4\text{m/s}$ - Tốc độ khí xuống: $0,25 - 0,5\text{m/s}$ - Cường độ sáng $> 750 \text{ LUX}$ - Độ ồn $\text{dBA} \leq 65$ - Kết cấu cửa: cửa trượt bằng kính cường lực dày tối thiểu 5mm. 2. Yêu cầu khác - Thiết bị được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao tại nơi sử dụng. - Cung cấp đầy đủ các giấy tờ như chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ xuất xứ, tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu và các giấy tờ liên quan khác. - Có đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. - Có kỹ sư hướng dẫn sử dụng máy sau lắp đặt. 3. Yêu cầu về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, thực hiện - Bảo hành: Bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền với thời gian bảo hành từ 12 tháng trở lên. - Thời gian giao hàng: ≤ 30 kể từ ngày ký hợp đồng - Thời gian lắp đặt: Cùng ngày với ngày giao hàng	
--	--	--	---	--

				- Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế sau khi bàn giao lắp đặt: Tối thiểu 5 năm sử dụng thiết bị.	
3	Máy ly tâm lạnh	01	Cái	I. Yêu cầu chung - Chung loại cung cấp: Máy ly tâm lạnh - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Thiết bị mới: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương gửi kèm theo hồ sơ dự thầu. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 - 40°C. + Độ ẩm: 30 - 85% (không ngưng tụ) - Điện áp hoạt động: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz. - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ gồm tiếng Anh và tiếng Việt - Hệ thống máy chính và phụ kiện: 01 thân máy chính và đủ phụ kiện kèm theo (cáp kết nối, dây nguồn...) - Nhóm nước sản xuất: Nhóm nước G7. II. Về đặc tính, thông số kỹ thuật 1. Đặc tính chung - Máy ly tâm sử dụng để ly tâm 16 túi máu cho ngân hàng máu - Có hệ thống cài đặt các thông số cho các chương trình quay - Vận hành dễ dàng - Màn hình LCD hoặc LED dễ dàng quan sát thao tác - Buồng ly tâm bằng thép không gỉ - Phù hợp với tất cả các loại túi máu hiện hành 2. Thông số kỹ thuật - Tốc độ tối đa phù hợp để tách máu và các thành phần máu.	

			- Phạm vi thiết lập thời gian rộng - Phạm vi thiết lập nhiệt độ: -20°C đến 40°C (bước tăng giảm tối đa: $\pm 1^\circ\text{C}$) - Máy có chức năng làm mát trước để sẵn sàng ly tâm, đạt 4°C trong vòng tối đa 20 phút từ nhiệt độ phòng. - Có các chương trình tăng tốc/giảm tốc dễ dàng thiết lập - Bộ nhớ lưu trữ nhiều chương trình ly tâm khác nhau, các chương trình có thể tùy chỉnh - Báo động: quá nhiệt, mất cân bằng, thiếu roto, điện áp bất thường, phanh bất thường, tuổi thọ roto 3. Yêu cầu khác - Thiết bị được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao tại nơi sử dụng - Cung cấp đầy đủ các giấy tờ như chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ xuất xứ, tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu và các giấy tờ liên quan khác. - Có đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. - Có kỹ sư hướng dẫn sử dụng máy sau lắp đặt. 4. Yêu cầu về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, thực hiện - Bảo hành: Bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền với thời gian bảo hành từ 12 tháng trở lên. - Thời gian giao hàng: ≤ 30 kể từ ngày ký hợp đồng - Thời gian lắp đặt: Cùng ngày với ngày giao hàng - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế sau khi bàn giao lắp đặt: Tối thiểu 5 năm sử dụng thiết bị.	
--	--	--	--	--

